



MOHP17010632_O

التاريخ: 2017-9-18

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
Intra-Aortic Balloon Pumps (IABPs)
انتاج الشركة /MAQUET Datascope Corp.

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد قامت بسحب الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمستخدمه لعلاج المرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة أو مضاعفات من قصور القلب، وذلك بسبب توقف مفاجئ للمضخات يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة. فيما يلي مواصفات الوسيلة الطبية المتأثرة

اسم المنتج	رقم المنتج	تاريخ الصنع
Intra-Aortic Balloon Pumps (IABPs)	CS100i; CS100; CS300	يوليو 2003 وحتى يونيو 2017

للمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/ListofRecalls/ucm574885.htm>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم. وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 2301448-04 أو فاكس 2301947-04 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



الموقر
..الموقر
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم

صدر بيديها علم الوزارة/دبي، بتاريخ :
نسخة لـ:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء

عبد
مدير إدارة الدواء

لس